

Laktaattidehydrogenaasin S/P -LD (2194,4526) lasten ja nuorten viitearvot päivittyvät

Arvoisa asiakas,

Tutkimuksen S/P -LD (2194, 4526) viitearvot lasten ja nuorten osalta päivitetään.
Muutos astuu voimaan **12.12.2022** alkaen.

Uudet viitearvot:

0-15 vrk	<1128	U/ml
alle 1 v	<424	U/ml
1 - 10 v	<305	U/ml
10 -15 v	<260	U/ml
15-19 v	<240	U/ml
yli 19v	<250	U/ml

*Aikaisemmat viitearvot ovat
alla:*

0-4 vrk	290-775	U/ml
4-10 vrk	545-2000	U/ml
alle 12 v	180-430	U/ml
12-17 v	100-190	U/ml
yli 18 v	<250	U/ml

Viitteet:

Adeli K, ym., The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: A CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci. 2017 Sep;54(6):358-413.

Steven J. Soldin S.J. ym., Pediatric Reference Intervals (Soldin, Pediatric Reference Intervals) 7th Edition, AACC Press, 2011, Washinton DC, USA.

Lisätietoja

Mikko Helenius
FT, sairaalakemisti
0409225301
mikko.helenius@vita.fi